

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp, lắp đặt cửa chì phòng chụp CT Scanner thực hiện theo luật đấu thầu mới với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đ/c Nguyễn Quý Hối - TP. Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng

- SĐT: 0982229636

- Email: vanbanphongvattubvdp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư, Tầng 01, Nhà A - Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng, Thị Trấn Phùng Huyện Đan Phượng, Hà Nội

- Đồng thời gửi qua email: vanbanphongvattubvdp@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22 tháng 10 năm 2024 đến 17h00 ngày 31 tháng 10 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục: Cung cấp, lắp đặt cửa chì phòng chụp CT Scanner (chi tiết theo danh mục đính kèm)



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Vật tư thiết bị y tế được vận chuyển, cung cấp, lắp đặt đến Phòng chụp CT Scanner - Khoa CĐHA - Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo thỏa thuận.
5. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, nhân công, vận chuyển, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Vt, VTTB.

GIÁM ĐỐC



Quách Duy Kỳ



Phụ lục 1: DANH MỤC HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 21 tháng 10 năm 2024)

STT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Đvt	Số lượng	Yêu cầu về kỹ thuật	Ghi chú
1	Cung cấp, lắp đặt cửa chì phòng chụp CT Scanner	Bộ	01	Cửa chì phòng chụp CT Scanner cho cửa có Kích thước cửa lọt sáng: rộngxcao = 135cmx232 cm, Lớp chì dày 3mm. Đảm bảo an toàn bức xạ tại vị trí cửa lắp đặt.	

