

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Đan Phượng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Đ/c Trịnh Thị Huyền – Phòng Vật tư TBYT, Bệnh viện đa khoa Đan Phượng
  - SĐT: 0988.669.291
  - Email: [vanbanphongvattubvdp@gmail.com](mailto:vanbanphongvattubvdp@gmail.com)
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư- tầng 1, Nhà A - Bệnh viện đa khoa Đan Phượng, Số 2, đường Đan Phượng- Tân Hội, xã Đan Phượng, Hà Nội
  - Đồng thời gửi qua email: [vanbanphongvattubvdp@gmail.com](mailto:vanbanphongvattubvdp@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ, ngày 09 tháng 10 năm 2025 đến trước 17 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2025.

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục công cụ, dụng cụ: Danh mục Mua sắm công cụ dụng cụ năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng (chi tiết theo danh mục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bàn giao tại Phòng vật tư thiết bị y tế- Bệnh viện đa khoa Đan Phượng

3. Thời gian giao hàng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hàng hóa trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao và nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán.
5. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, vận chuyển, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Vt.

**GIÁM ĐỐC** ✓



**★Quách Duy Kỳ**

BỆNH  
ĐA  
KHOA

SỞ Y TẾ HÀ NỘI  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐAN PHƯỢNG

**DANH MỤC CHI TIẾT**

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 09 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa Đan Phượng)

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Huyết áp cơ	Cái	10	- Vị trí đo: bắp tay - Giới hạn đo: 20-300mmHg - Độ chính xác: $\pm 3$ mmHg hoặc 2%. - Thông khí: Bằng van xả áp suất - Tạo áp lực: Bằng bóng bơm Bộ sản phẩm đầy đủ gồm: 01 Đồng hồ 01 Bao đo kèm dây dẫn khí dùng cho người lớn. Kích thước vòng quấn: 25cm-35cm 01 Túi đựng máy	
2	Huyết áp điện tử	Cái	18	Giới hạn đo: Huyết áp: Từ 0 đến 299 mmHg Nhịp tim: Từ 40 đến 180 nhịp/phút Độ chính xác: Huyết áp: $\pm 3$ mmHg Nhịp tim: $\pm 5$ % Cơ chế hoạt động: Tự động bơm xả khí và đo giao động	
3	Móc treo thùng kháng khuẩn	Cái	10	Chất liệu Inox Móc treo thùng kháng khuẩn treo xe tiêm	
4	Hộp inox tròn 30x20cm	Cái	5	Chất liệu Inox, tròn, kích thước 30x20cm	

5	Đồng hồ oxy thể tích	Cái	5	Bộ sản phẩm tiêu chuẩn bao gồm: - Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái - Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái - Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái (Bình chứa polyetylen có dung tích 150 lít) Đầu làm bằng polycarbonat để đảm bảo tính bền - Dây thở oxy 2 nhánh: 01 cái
6	Cọc truyền Inox	Cái	15	Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox 304 , có bánh xe, có thể điều chỉnh chiều cao.
7	Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy kèm bình làm ẩm gắn tường	Bộ	10	+ Bộ điều chỉnh lưu lượng oxy: 01 cái + Bình làm ẩm oxy: 01 cái + Đầu cắm nhanh oxy chuẩn Puritan Bennett - Lưu lượng điều chỉnh bằng núm vặn: 0 đến 15 lít/phút - Lưu lượng oxy tối đa: 15 lít/phút - Đầu cắm nhanh Puritan Bennett
8	Bao đo huyết áp Monitor	Cái	20	Vòng bít bao vải quần bắp tay dùng cho máy đo huyết áp điện tử, máy monitor
9	Bình làm ẩm gắn tường	Cái	20	Chất liệu nhựa PC. Bình làm ẩm dung tích $\geq 110$ ml

