

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa thay thế linh kiện thiết bị của Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Đ/c Nguyễn Đức Tú - KTV.Vật tư BHYT, Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng
 - SĐT: 0917282096
 - Email: vanbanphongvattubvdp@gmail.com
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư- tầng 1, Nhà A - Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng, Thị trấn Phùng Huyện Đan Phượng, Hà Nội
 - Nhận qua email: vanbanphongvattubvdp@gmail.com
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2024 đến trước 17 giờ, ngày 06 tháng 01 năm 2025 .
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2025 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ yêu cầu: Sửa chữa thay thế linh kiện thiết bị của Bệnh

viện đa khoa huyện Đan Phượng (chi tiết theo danh mục đính kèm)

2. Địa điểm sửa chữa, thay thế; Các yêu cầu về vận chuyển, sửa chữa, thay thế, bàn giao tại Bệnh viện đa khoa Huyện Đan Phượng

3. Thời gian sửa chữa, thay thế dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán 100% giá trị hàng hóa trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao và nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác: Giá báo giá bao gồm toàn bộ chi phí (thuế, lệ phí, bảo hành, bảo trì, vận chuyển, ...) chủ đầu tư không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.

6. Bảo hành ≥ 6 tháng; Hàng mới 100%; Linh kiện tương thích với thiết bị của bệnh viện; Sau sửa chữa, thay thế thiết bị hoạt động tốt đáp ứng với các tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Vt.

GIÁM ĐỐC



Quách Duy Kỳ

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện
Đan Phượng)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến hoàn thành dịch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Máy theo dõi bệnh nhân Model: BT-750	- Máy không đo được huyết áp. - Máy không đo được Spo2. - Đề nghị kiểm tra trực tiếp.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày
2	Máy theo dõi bệnh nhân PhiLips Model: CN62642232	- Máy không đo được huyết áp. - Đề nghị kiểm tra trực tiếp.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày
3	Máy giặt công nghiệp Unimac Model: UCL 125 KNVP 11002	- Máy báo lỗi #10 Inv overload. - Máy biến tần bị hỏng, không vào nguồn. - Đề nghị kiểm tra trực tiếp	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày
4	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: Biolis 50i	- Bóng đèn halogen phát quang kém. - Cuvett kém.	01	Cái	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày
5	Máy điện xung Model: PHYACTION E	- Dây dẫn điện cực điện xung bị đứt, hỏng.	02	Cái	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày

VI HC N PH

6	Máy nội soi tai mũi họng Model : MP-250	Bóng đèn halogen 24v50w cháy	10	Bóng	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày
7	Máy gây mê kèm thở Model : Aespire 7900	Bộ lọc khí nén có van điều áp cho máy gây mê kèm thở gây, vỡ.	01	Cái	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày
8	Máy nội soi dạ dày đại tràng Model:Pentax EPK-3000	- Dây đại tràng tối, ánh sáng qua dây đại tràng kém. - Lỗi bộ vi xử lý hình ảnh.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày
9	Máy theo dõi bệnh nhân Model : PMS8000D	Máy đo SpO2 chập chờn, không nhận tín hiệu SpO2	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày
10	Máy đo khúc xạ Model: HRK7000A	- Máy in không in được.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày
11	Máy siêu âm đa chức năng Model: LOGIQ F8 EXPERT	- Bảo dưỡng máy siêu âm. - Thay thế đầu dò convex. - Thay thế đầu dò tim. - Đề nghị kiểm tra trực tiếp.	01	Máy	Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng	30 ngày